

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
شماره: ۰۲۱-۲۶۳۲۶۷۹۲
پیوست: دو برگ

شرکت مهندسی واپایش فرآیند آدنا



(دارای گواهینامه تایید صلاحیت بازرسی فنی)

گواهی بازرسی

Inspection Certificate

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

مدیریت محترم امور بازرگانی و قراردادها

موضوع: گواهی بازرسی فنی / تأییدیه

تولید کننده / فروشنده: شرکت آب بان صنعتگران

با سلام:

عطف به ابلاغیه بازرسی شماره ۲۰۸۶۵/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ در خصوص موضوع "خرید ۴ عدد کنتور ۳ اینچ و ۴ عدد کنتور ۴ اینچ WP-SDC" و در راستای قرارداد بازرسی فنی فی ما بین به شماره ۱۳۷۰۲/۲۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷، پس از انجام فرآیند بازرسی سطح دو، بدینوسیله این گواهی بازرسی برای دو ردیف محصولات خریداری شده و مورد تأیید به شرح زیر صادر می گردد:

ردیف	شرح کالا	سایز	دقت	فشار اسمی	سریال	تعداد (دستگاه)	دبی اسمی
۱	کنتور آب	۳"	R200	PN16	۳۰۰۱ تا ۳۰۰۴	۴	Q3=100000 (lit/h)
۱	کنتور آب	۴"	R200	PN16	۴۰۰۲ تا ۴۰۰۵	۴	Q3=160000 (lit/h)

ملاحظات:

- استاندارد مرجع تست های دقت و هیدرواستاتیک: ISO 4064
- بدنه کنتور از جنس چدن داکتیل با پوشش داخل و خارج رنگ اپوکسی الکترواستاتیک
- مکانیزم کنتور از نوع ولتمن خشک
- به منظور ردیابی محصولات مورد تایید مذکور، بسته بندی محصولات دارای لیبل "بازرسی فنی آدنا" می باشد.
- پیوست این گواهی شامل: تست دقت یک به یک کنتورها

با احترام مجدد

عباس صنیعی پور - مدیر عامل




رونوشت:

- شرکت آب بان صنعتگران



۰۲۱-۲۶۳۲۶۷۵۴



www.adena-co.ir



۰۲۱-۲۶۳۲۶۸۱۲




@adenaCo



adenaco@yahoo.com

QMS[®]
INTERNATIONAL

ISO
9001 2015



سازمان برنامه و بودجه پروژه کارشناسی فنی

تهران، خیابان ساقدوش، نرسیده به میدان بنی هاشم

خیابان حافظ شرقی، پلاک ۱۳ واحد ۳

نتایج نهایی تست کنتور آب



مدل کنتور: WPSDC سایز: ۴"
تاریخ:

R: ۲۵۰ Q3: ۱۶۰۰۰۰ Q2: ۱۰۲۴ Q1: ۶۴۰

ردیف	شماره سریال	دبی	قرانت اولیه	قرانت ثانویه	مخزن Lit	درصد خطا	تست فشار	انجام شد OK
۱	۴۰۰۲	Q3	۱۳۱۱۶	۱۵۵۲۳	۲۳۸۸	+۲۱۸	25.6 bar/ 15min	✓
		Q2	۱۶۲۳۵	۱۶۳۳۶,۲	۱۰۰	+۱۱۲		
		Q1	۳۳۶,۲	۴۳۸۱,۴	۱۰۰	+۲۱۲		
۲	۴۰۰۳	Q3	۱۰۴۳۷	۱۲۸۶۰	۲۳۸۹	+۱۱۴	25.6 bar/ 15min	✓
		Q2	۱۳۴۳۱,۱	۱۳۵۳۲,۵	۱۰۰	+۱۱۴		
		Q1	۵۳۲,۵	۶۳۶,۴	۱۰۰	+۲۱۹		
۳	۴۰۰۴	Q3	۱۷۵۴۱	۱۹۹۵۰	۲۳۸۸	+۲۱۹	25.6 bar/ 15min	✓
		Q2	۴۶۱,۸	۵۶۳	۱۰۰	+۱۱۲		
		Q1	۵۶۳	۶۶۴,۷	۱۰۰	+۱۱۷		
۴	۴۰۰۵	Q3	۱۴۳۰۱	۱۶۷۱۸	۲۳۸۸	+۱۱۲	25.6 bar/ 15min	✓
		Q2	۱۷۲۱۱,۵	۱۷۳۱۲,۱	۱۰۰	+۰۷۶		
		Q1	۳۱۲,۱	۴۱۴,۶	۱۰۰	+۲۱۵		
۵		Q3					25.6 bar/ 15min	
		Q2						
		Q1						
۶		Q3					25.6 bar/ 15min	
		Q2						
		Q1						
۷		Q3					25.6 bar/ 15min	
		Q2						
		Q1						
۸		Q3					25.6 bar/ 15min	
		Q2						
		Q1						
۹		Q3					25.6 bar/ 15min	
		Q2						
		Q1						
۱۰		Q3					25.6 bar/ 15min	
		Q2						
		Q1						

مدیر تولید:

اپراتور تست:

بازرس:

نتایج نهایی تست کنتور آب



مدل کنتور: WPSDL سایز: "۳۰" Q1: ۴۰۰ Q2: ۶۴۰ Q3: ۱۰۰۰۰۰ R: ۲۵۰ تاریخ:

ردیف	شماره سریال	دبی	قرانت اولیه	قرانت ثانویه	مخزن Lit	درصد خطا	تست فشار	انجام شد OK
۱	۳۰۰۱	Q3	۸۴۳۶	۱۰۸۳۲	۲۳۸۵	+۶۵	25.6 bar/ 15min	✓
		Q2	۱۱۴۵۳	۱۱۵۵۳	۱۰۰	+۱		
		Q1	۱۱۵۵۳	۱۱۶۵۴۵	۱۰۰	+۱۵		
۲	۳۰۰۲	Q3	۱۳۱۸۹	۱۵۵۹۵	۲۳۸۸	+۶۸	25.6 bar/ 15min	✓
		Q2	۱۶۱۲۴,۱	۱۶۲۲۴۸	۱۰۰	+۶۷		
		Q1	۲۲۴۸	۳۲۷	۱۰۰	+۲,۲		
۳	۳۰۰۳	Q3	۱۲۳۹۱	۱۴۸۱۲	۲۳۸۸	+۱,۴	25.6 bar/ 15min	✓
		Q2	۱۵۲۳۶	۱۵۳۳۷,۴	۱۰۰	+۱,۴		
		Q1	۳۳۷,۴	۴۳۹,۱	۱۰۰	+۱,۷		
۴	۳۰۰۴	Q3	۱۰۷۱۲	۱۳۱۱۸	۲۳۹۰	+۶۷	25.6 bar/ 15min	✓
		Q2	۷۲۰,۶	۸۲۲	۱۰۰	+۱,۴		
		Q1	۸۲۲	۹۲۳,۵	۱۰۰	+۱,۵		
۵		Q3					25.6 bar/ 15min	
		Q2						
		Q1						
۶		Q3					25.6 bar/ 15min	
		Q2						
		Q1						
۷		Q3					25.6 bar/ 15min	
		Q2						
		Q1						
۸		Q3					25.6 bar/ 15min	
		Q2						
		Q1						
۹		Q3					25.6 bar/ 15min	
		Q2						
		Q1						
۱۰		Q3					25.6 bar/ 15min	
		Q2						
		Q1						

مدیر تولید:

ابراتور تست:

بازرس:

کد مدرک FO202/00	عنوان مدرک فرم صورت جلسه	شرکت مهندسی و بازرسی نیرو آب البرز (مینا)
---------------------	-----------------------------	---

شماره نامه درخواست بازرسی :	مرمله بازرسی :
کد بازرسی :	تاریخ بازرسی : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
محل انجام بازرسی : تهران - شرکت صنعتی شمس آبد - شرکت آب بان صنعتگران	دستورالعمل / استاندارد مورد اجماع بازرسی : OIML R49
کارفرما : آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران	طرف کارفرما : شرکت آب بان صنعتگران

۶) کنتورهای موضوع بازرسی با استفاده از امکانات و تجهیزات آزمون موجود در محل کارخانه مورد کنترل های لازم و اولیه مطابق با استاندارد مربوط قرار گرفت . مسئولیت صحت سقم عملکرد دستگاه های آزمایشگاهی کارخانه که دارای کولهی کالیبراسیون معتبر می باشد تماما به عهده ی تولید کننده می باشد بدیهی است که مسئولیت پاسخ گویی وجود هر گونه مغایرت احتمالی در نتایج آزمایشگاهی قابل حصول توسط خریدار منتج از آزمایشگاه های ثالث معتبر با نتایج آزمایشگاهی منتج از آزمایشگاه کارخانه تماما به عهده ی تولیدکننده خواهد بود.

۷) اقلام و تعداد محصولات بازرسی شده به شرح ذیل می باشد:

۱- ۲- کنتور پیستونی خشک سایز ۱ اینچ با نام تجاری MJ-SDC به تعداد ۲۵۰ عدد با شماره سریال های ۲۵۰۰۲۸۵۵ الی ۲۵۰۰۴۱۰۴) شماره لیبل نیرو آب (۱۴۴۳۰۵۱ الی ۱۴۴۳۱۰۰)

۹) نمونه برداری بصورت رندوم جهت انجام آزمون آنالیز بدنه کنتورها در آزمایشگاه ثالث همکار استاندارد انجام گردید .

۱۰) لازم به توضیح است با توجه به عدم اعلام طول کنتورها های مورد بازرسی از سوی کارفرمای محترم ، هر گونه نایبدهایی مطابق با مشخصات فنی محصولات منوط به اعلام طول کنتورها از سوی کارفرمای محترم می باشد .

۱۱) با توجه به اطلاع رسانی به بازرسی پس از تمام فرآیند ساخت کالا و عدم امکان بازرسی حین ساخت بر روی کنتورهای آماده به تحویل بنابراین نایبدهایی کنتورهای فوق منوط به دریافت هر گونه اظهار نظر کارفرمای محترم در این خصوص می باشد .

۱۲) با توجه به کنترل های مذکور کلیه بسته بندی محصولات با لیبل شرکت نیرو آب نشان گذاری گردید بدیهی است نایبدهایی و اجاره ارسال محصولات منوط به اخذ نتایج قابل قبول از نمونه ارسالی به آزمایشگاه . اظهار نظر کارفرمای محترم در مورد بند ۱۰ و صدور کولهی شرکت مهندسی و بازرسی نیرو آب البرز می باشد .

۱۳) همچنین لازم به توضیح است تعداد ۵۰ دستگاه کنتور مولتی جت خشک ۱ اینچ با شماره سریال های ۲۵۰۰۲۷۹۴ الی ۲۵۰۰۲۸۴۳ با توجه به نیاز فوری کارفرمای محترم بدون بازرسی به انبار آن آفا ارسال گردیده است . نتایج تست های آزمون دقت کارخانه ای محصولات ارسال شده از نماینده شرکت سازنده دریافت گردید .

نام و امضاء نماینده کارفرما / مسئول کارخانه / کارگاه / انبار : ماه (مهر) ...	تاریخ نام و امضاء بازرسی کننده: ۹۹ / ۱۴ / ۱۳
---	---



صفحه ۲ از ۲



شرکت مهندسی و بازرسی نیروآب

(سهامی خاص)



شماره ثبت ۱۳۴۴۱

Niroy Ab Inspection & Engineering co .

شماره: ۹۹/۲۱۵۸۳/ت

تاریخ: ۹۹/۱۰/۱۵

پیوست: دو برگ

دارای گواهینامه عضویت حقوقی جامعه ممیزی و بازرسی ایران به شماره عضویت AISI/240
دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 پروژه های بازرسی کال و خدمات از TUV NORD
دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره پایه دو در تخصص بازرسی فنی از سازمان برنامه و بودجه کشور

کیفیت، وظیفه است زینت

بر تعالی

جناب آقای گلبندی

مدیریت محترم امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
موضوع: گزارش بازرسی کتورهای شرکت آب بان صنعتگران

با سلام

احتراماً بازگشت به ابلاغ آن کارفرمای محترم در خصوص بازرسی از کتورهای موضوع استعلام خرید آن کارفرمای محترم از شرکت آب بان صنعتگران، بدینوسیله پیرو حضور کارشناس بازرسی این شرکت در محل کارخانه ی فوق در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴ و انجام روال بازرسی بر اساس کنترل های قابل انجام در محل کارخانه ی مذکور به پیوست دو برگ صورتجلسه تنظیمی مربوطه جهت اطلاع از فرآیند بازرسی و دریافت نظر آن کارفرمای محترم در خصوص بندهای ۱۰ و ۱۱ ارسال می گردد.
یادآور می گردد که با توجه به اتمام فرآیند تولید قبل از اطلاع رسانی به این مشاور، کنترل های مربوطه محدود به کنترل های قابل انجام پس از فرآیند تولید بوده است.

با آرزوی توفیق - سعید مایتی
مدیر عامل

رونوشت:

- شرکت آب بان صنعتگران جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم بعدی

تلفن: ۴ - ۳۳۵۷۲۰۹۰ - ۳۳۵۷۱۰۲۰ - ۳۳۵۷۳۹۱ - ۱۳

رشت، خیابان معلم، ساختمان آفتاب، واحد چهار

پست الکترونیک: NIROOABINSPECTION11@gmail.com

کد مدرک FO202/00	عنوان مدرک فرم صورت جلسه	شرکت مهندسی و بازرسی نیرو آب البرز (مینا)
---------------------	-----------------------------	---

شماره نامه درخواست بازرسی :	مزمه بازرسی :
کد بازرسی :	تاریخ بازرسی : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
محل انجام بازرسی : تهران - شرکت صنایع شمس آباد - شرکت آب بان صنعتگران	دستورالعمل / استاندارد مورد اجماع بازرسی : OIML R49
کارفرما : آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران	طرف کارفرما : شرکت آب بان صنعتگران

طی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ بازرسی از محصولات بشرح و توضیحات ذیل در خصوص پروژه بازرسی کنتورهای مولتی جت خشک انجام پذیرفت .

پیرو اطلاع رسانی شرکت آب بان صنعتگران مبنی بر آماده سازی کنتورهای مرتبط با آبفای محترم منطقه ۳ تهران به آن واحد تولیدی مراجعه نموده و بازرسی از محصولات به شرح ذیل انجام گردید.

- ۱) کنتورهای موجود از نوع بیستونی خشک سایز ۱ اینچ آب سرد با نسبت $Q3/Q1 = 160$ می باشند.
- ۲) کنترل چشمی و ظاهری و ابعادی کنتورها به صورت رندوم (طول کنتورهای ۲۰۰ mm)
- ۳) کنترل رزوه کنتورها و عملکرد مهره و ماسوره محصولات به صورت رندوم .
- ۴) کنترل دقت عملکردی کنتورها مطابق با شرایط استاندارد OIML R49 به صورت رندوم به شرح ذیل :

۱-۴- تست دقت تحت شرایط :

۱-۲-۴- تست افت فشار :

۲-۴- انجام آزمون تحمل فشار هیدرواستاتیک :

$$Q1 = 4 \text{ Lit/hr}$$

$$Q2 = 64 \text{ Lit/hr}$$

$$Q3 = 640 \text{ Lit/hr}$$

at : Q3

time: 15min



$\Delta P < 0.63 \text{ bar}$

P: 25.6 bar

۵) کنتورهای مولتی جت موجود دارای پمپ پلاستیکی چرخشی و سیم روکش دار با شماره سریال منطبق با درپوش ، حک شماره سریال و نام کارفرما با فرمت (ABFA M4 THE-99UTHR20*****) شماره ۵ رقم صحیح در واحد متر مکعب و قابلیت قرات تا ۰.۰۵ لیتر . قابلیت نصب تجهیزات فرانت از راه دور مهره و ماسوره و واتر فیبری و برکه دستورالعمل نصب و راه اندازی داخل بسته بندی می باشد . همچنین دارای حک سال تولید M20 ، دمای کاری T50 ، فشار کاری MAP16 و علامت گواهی بین المللی CE با شماره مرکز صادر کننده 1383 بر روی صفحه نمایشگر مکانیزم می باشد .

شرکت مهندسی و بازرسی نیرو آب البرز
ورود به دفترخانه از طریق وایس
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ساعت : ۱۰:۳۰

تاریخ (نام و امضاء بازرسی کننده :)

نام و امضاء نماینده کارفرما / مسئول کارخانه / کارگاه ایستگاه :



۵۵۵





شرکت مهندسی و بازرسی نیروآب

(سهامی خاص)



Niroy Ab Inspection & Engineering co .

دارای رتبه بازرسی فنی
به شماره ۳۴۲۷۹۲

صفحه : یک از یک

شماره سند : NAZ -F- 50-00

عنوان سند : فرم گزارش بازرسی کنتور آب

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران	فروشنده : شرکت آب بان صنعتگران
محل بازرسی : قم - تهران	کد مشتری : N014 - 195
تاریخ بازرسی : ۹۹/۱۰/۱۴ لغایت ۹۹/۱۰/۱۸	مرحله صدور گزارش : اول
شماره گزارش (Report No.) : A6108	تاریخ صدور گزارش : ۹۹/۱۰/۲۰

لیست محصولات بازرسی شده

ردیف	تعداد	شماره سریال	محصول
۱	۳۰۰	۲۵۰۰۴۱۰۴ الی ۲۵۰۰۳۸۵۵ ۲۵۰۰۳۸۴۳ الی ۲۵۰۰۳۷۹۴	کنتور آب مولتی جت خشک سایز ۱ اینچ (R=160)
۳۰۰ دستگاه		جمع کل	

نتایج آزمونهای انتخابی (Random Test) بر اساس نمونه برداری محصول

ردیف	آزمون / کنترل	ردیف	نتیجه	
			Rej	Acc
۱	کنترل های ابعادی و چشمی و ظاهری	۴	x	
۲	کنترل عملکردی در دبی های مختلف	۵	x	
۳	تست هیدرواستاتیک تحمل فشار	۶	x	

توضیحات :

- محصولات مذکور با توجه به انجام کنترل های فوق در آزمایشگاه کارخانه و آزمایشگاه ثالث ، مورد بازرسی و پذیرش قرار گرفته اند .
- صدور گزارش بازرسی محصول ، رافع مسئولیت های فروشنده در زمینه ی کیفیت محصول و غیره نمی باشد .
- کلیه محصولات مورد بازرسی ، دارای آرم بازرسی "نیروآب" می باشند .

نیروآب - سعیدبای
شماره ثبت ۱۳۳۳۱



شرکت مهندسی و بازرسی نیروآب

(سهامی خاص)



شماره ثبت ۱۳۴۴۱

Niroo Ab Inspection & Engineering co .

شماره: ۰۸/۲۱۶۰۸/۹۹/ت

تاریخ: ۹۹/۱۰/۲۰

پیوست: یک صفحه

دارای گواهینامه عضویت حقوقی جامعه ممیزی و بازرسی ایران به شماره عضویت AISI/240

دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 پروژه های بازرسی کالا و خدمات از TUV NORD

دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره پایه دو در تخصص بازرسی فنی از سازمان برنامه و بودجه کشور

کیفیت، وظیفه است زینت

بسترآب

شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران موضوع: گزارش بازرسی کنتورهای آب تولید شرکت آب بان صنعتگران مرحله صدور گزارش: اول (Report No. : A6108)

با سلام

احتراماً عطف به قرارداد بازرسی فیمابین و ابلاغیه آن شرکت محترم در خصوص بازرسی از کنتورهای آب تولید شرکت آب بان صنعتگران (موضوع فاکتور شماره ۵۱۷۲ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳)، بدینوسیله پس از انجام اقدامات لازم و کنترل‌های بعمل آمده از کنتورهای تولید شده با انجام بازرسی در محل کارخانه تولیدکننده (قم) و محل انبار کارفرما ی محترم (تهران) و بررسی نتایج آزمون های انجام شده در آزمایشگاه کارخانه و آزمایشگاه ثالث حد فاصل تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴ لغایت ۹۹/۱۰/۱۸، این گزارش پس از بازرسی و پذیرش محصولات فوق الذکر بشرح مشخصات مندرج در لیست پیوست (یک صفحه) جهت اقدامات مقتضی ایفاد می گردد .

توضیح: کلیه محصولات مورد بازرسی، دارای آرم بازرسی "نیروآب" می باشند .

تأیید احترام - سعید پاداشی
مدیر بازرسی
نیروآب
بسترآب
شماره ثبت ۱۳۴۴۱

رونوشت:

- شرکت آب بان صنعتگران جهت اطلاع و اقدام لازم



شرکت مهندسی و بازرسی نیروآب

البرز (سهامی خاص)



Niroo Ab Inspection & Engineering co .

دارای رتبه بازرسی فنی
به شماره ۳۴۲۷۹۲

صفحه: یک از یک

شماره سند: NAZ-F-50-00

عنوان سند: فرم گزارش بازرسی کنتور آب

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران	فروشنده: شرکت آب بان صنعتگران
محل بازرسی: تهران	کد مشتری: N014 - 195
تاریخ بازرسی: ۹۹/۱۰/۳۰ لغایت ۹۹/۱۱/۰۱	مرحله صدور گزارش: اول
شماره گزارش (Report No.): A6123	تاریخ صدور گزارش: ۹۹/۱۱/۰۸

لیست محصولات بازرسی شده

ردیف	محصول	شماره سریال	تعداد
۱	کنتور آب مولتی جت خشک سایز ۱/۲ اینچ (R=160)	۱۵۱۰۹۳۷۱ الی ۱۵۱۱۰۲۷۰	۹۰۰
جمع کل			۹۰۰ دستگاه

نتایج آزمونهای انتخابی (Random Test) بر اساس نمونه برداری محصول

ردیف	آزمون / کنترل	نتیجه	ردیف	آزمون / کنترل	نتیجه	
					Rej	Acc
۱	کنترل های ابعادی	×	۴	کنترل بسته بندی و نوع پلمپ و شماره سریال	×	
۲	کنترل عملکردی در دبی های مختلف	×	۵	کنترل چشمی و ظاهری	×	
۳	تست هیدرواستاتیک تحمل فشار	×	۶	بررسی مدارک کیفی	×	

توضیحات:

- محصولات مذکور با توجه به کنترل های قابل انجام فوق در آزمایشگاه کارخانه و طی مکاتبات انجام شده با نماینده محترم کارفرما، مورد بازرسی و پذیرش قرار گرفته اند.
- صدور گزارش بازرسی محصول، رافع مسئولیت های فروشنده در زمینه ی کیفیت محصول و غیره نمی باشد.
- کلیه محصولات مورد بازرسی، دارای آرم بازرسی "نیروآب" می باشند.

برجمال - سعیدیاتی
مهندس
از طرف:



شماره ثبت ۱۳۳۴۱



شرکت مهندسی و بازرسی نیروآب

(سهامی خاص)



شماره ثبت ۱۳۴۴۱

Niroom Ab Inspection & Engineering co .

شماره: ۹۹/۲۱۷۵۲/ت

تاریخ: ۹۹/۱۱/۰۸

پیوست: یک صفحه

دارای گواهینامه عضویت حقوقی جامعه ممیزی و بازرسی ایران به شماره عضویت AISI/240
دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 پروژه های بازرسی کالا و خدمات از TUV NORD
دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره پایه دو در تخصص بازرسی فنی از سازمان برنامه و بودجه کشور

کیفیت، وفاداری است زینت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
موضوع: گزارش بازرسی کنتورهای آب تولید شرکت آب بان صنعتگران
مرحله صدور گزارش: اول (Report No. : A6123)

با سلام

احتراماً عطف به قرارداد بازرسی فیما بین و ابلاغیه آن شرکت محترم در خصوص بازرسی از کنتورهای آب تولید شرکت آب بان صنعتگران (موضوع فاکتور شماره ۵۲۳۳ مورخ ۹۹/۱۱/۰۸)، بدینوسیله پس از انجام اقدامات لازم و کنترل های بعمل آمده از کنتورهای تولید شده با انجام بازرسی در محل کارخانه تولیدکننده (تهران) و محل انبار کارفرمای محترم و بررسی نتایج آزمون های انجام شده در آزمایشگاه کارخانه حد فاصل تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰ لغایت ۹۹/۱۱/۰۱، این گزارش پس از بازرسی و پذیرش محصولات فوق الذکر بشرح مشخصات مندرج در لیست پیوست (یک صفحه) جهت اقدامات مقتضی ایفاد می گردد.

توضیح: کلیه محصولات مورد بازرسی، دارای آرم بازرسی "نیروآب" می باشند.

با تقدیر احترام - سعید بیانی
مدیر عامل
نیروآب بازرسی
شماره ثبت ۱۳۴۴۱

رونوشت:

- شرکت آب بان صنعتگران جهت اطلاع و اقدام لازم

رشت، خیابان معلم، ساختمان آفتاب، واحد چهار
تلفن: ۰۴ - ۳۳۵۷۲۰۹۰ - ۱۳ دورنگار: ۰۱۳ - ۳۳۵۵۷۳۹۱
پست الکترونیک: NIROOABINSPECTION11@gmail.com



شرکت مهندسی و بازرسی نیروآب

(سهامی خاص)



شماره ثبت ۱۳۴۴۱

Niroo Ab Inspection & Engineering co .

شماره: ۹۹/۲۱۹۸۷/ت

تاریخ: ۹۹/۱۲/۱۴

پیوست: یک صفحه

دارای گواهینامه معیوبیت حقوقی جامعه معیوبی و بازرسی ایران به شماره معیوبیت AISI/240

دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 پروژه های بازرسی کالا و خدمات از خدمات TUV NORD

دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره پایه دو در تخصص بازرسی فنی از سازمان برنامه و بودجه کشور

کیفیت، دقت، استقامت

برینما

شرکت آب و فاضلاب منطقه چهارم تهران
موضوع: گزارش بازرسی کنتورهای آب تولید شرکت آب بان صنعتگران
مرحله صدور گزارش: اول (Report No. : A6156)

با سلام

احتراماً عطف به قرارداد بازرسی فیما بین و ابلاغیه آن شرکت محترم در خصوص بازرسی از کنتورهای آب تولید شرکت آب بان صنعتگران (موضوع فاکتور شماره ۵۳۱۸ مورخ ۹۹/۱۲/۰۶)، بدینوسیله پس از انجام اقدامات لازم و کنترلهای بعمل آمده از کنتورهای تولید شده با انجام بازرسی در محل انبار کارفرمای محترم در تاریخ ۹۹/۱۲/۰۶، این گزارش پس از بازرسی و پذیرش محصولات فوق الذکر در بازرسی سطح ۴ بشرح مشخصات مندرج در لیست پیوست (یک صفحه) جهت اقدامات مقتضی ابفاد می گردد .



رونوشت:

- شرکت آب بان صنعتگران جهت اطلاع و اقدام لازم

تلفن: ۰۳-۳۳۵۷۲۰۹۰-۴ | دورنگار: ۰۳-۳۳۵۷۳۹۱-۱۳

رشت، خیابان معلم، ساختمان آفتاب، واحد چهار

پست الکترونیک: NIROOABINSPECTION11@gmail.com



شرکت مهندسی و بازرسی نیروآب

(سهامی خاص)



Niroy Ab Inspection & Engineering co .

دفتر مرکزی: تهران، خیابان معلم، ساختمان آفتاب، واحد چهار
به شماره ۳۳۲۷۹۲

عنوان سند: فرم گزارش بازرسی کتلور آب شماره سند: NAZ-۴-50-00 صفحه: یک از یک

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران	فروشنده: شرکت آب بان صنعتگران
محل بازرسی: تهران - انبار آبفا منطقه ۴	کد مابتری: N014 - 195
تاریخ بازرسی: ۹۹/۱۲/۱۴	مرحله صدور گزارش: اول
شماره گزارش: (Report No.) A6156	تاریخ صدور گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴

لیست محصولات بازرسی شده					
ردیف	تعداد	موضوع	ردیف	تعداد	موضوع
۱	۷	کتلور آب حجمی سایز ۲ اینچ (R=160)			
جمع کل					
نتایج آزمونهای انتخابی (Random Test) بر اساس نمونه برداری محصول					
ردیف	نتیجه		ردیف	نتیجه	
	Rej	Acc		Rej	Acc
۱		x	۲		x
توضیحات:					
۱- محصولات مذکور با توجه به کنترل های قابل انجام فوق در محل انبار آبفا منطقه ۴ در بازرسی سطح ۴، مورد بازرسی و پذیرش قرار گرفته اند.					
۲- صدور گزارش بازرسی محصول، رافع مسئولیت های فروشنده در زمینه ی کیفیت محصول و غیره نمی باشد.					
					

رشت، خیابان معلم، ساختمان آفتاب، واحد چهار تلفن: ۰۱۳-۳۳۵۷۲۰۹۰-۴ دورنگار: ۰۱۳-۳۳۵۷۳۹۱-۰۱۳
پست الکترونیک: NIROOABINSPECTION11@gmail.com



شرکت مهندسی و بازرسی نیروآب

البرز (سهامی خاص)



شماره ثبت ۱۳۴۴۱

Niroom Ab Inspection & Engineering co .

شماره: ۹۹/۲۱۱۵۶/ت

تاریخ: ۹۹/۰۷/۲۲

پیوست: یک صفحه

دارای گواهینامه عضویت حقوقی جامعه ممیزی و بازرسی ایران به شماره عضویت AISI/240
دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 پروژه های بازرسی کال و خدمات از TUV NORD
دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره پایه دو در تخصص بازرسی فنی از سازمان برنامه و بودجه کشور

کیفیت، وظیفه است نه مزیت

برسمال

جناب آقای مهندس مصباحی

مدیریت محترم امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب شهید

موضوع: ارسال گزارش بازرسی کنتورهای آب مولتی جت خشک سایز ۱/۲ اینچ تولید شرکت آب بان صنعتگران

مرحله صدور گزارش: اول (Report No. : A6025)

با سلام

احتراماً عطف به ابلاغیه شماره ۹۹/۷۸۹۱۳ مورخ ۹۹/۰۶/۳۰ آن مدیریت محترم در خصوص بازرسی از کنتورهای آب مولتی جت خشک سایز ۱/۲ اینچ تولید شرکت آب بان صنعتگران، بدینوسیله پس از انجام اقدامات لازم و کنترل های بعمل آمده از محصولات مذکور توسط کارشناس بازرسی این شرکت در محل کارخانه تولید کننده (شهرک صنعتی شمس آباد) و بررسی نتایج آزمون های انجام شده در آزمایشگاه کارخانه حد فاصل تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱ لغایت ۹۹/۰۷/۱۵، این گزارش در بازرسی سطح ۲ برای محصولات بشرح مشخصات مندرج در لیست پیوست (یک صفحه) جهت اقدامات مقتضی ایفاد میگردد.

توضیح: کلیه محصولات مورد بازرسی، دارای برجسب بازرسی نیروآب می باشند.

با آرزوی توفیق - سیدمیثقی
مدیر عامل
شماره ثبت ۱۳۴۴۱

رونوشت:

- شرکت آب بان صنعتگران جهت اطلاع و اقدام لازم

رشت، خیابان معلم، ساختمان آفتاب، واحد چهار
تلفن: ۰۱۳ - ۳۳۵۷۲۰۹۰ - ۴ دورنگار: ۰۱۳ - ۳۳۵۵۷۳۹۱
پست الکترونیک: NIROOABINSPECTION11@gmail.com



شرکت مهندسی و بازرسی نیروآب

البرز (سهامی خاص)



Niroom Ab Inspection & Engineering co .

دارای رتبه بازرسی فنی
به شماره ۳۴۲۷۹۲

صفحه : یک از یک

شماره سند : NAZ -F- 50-00

عنوان سند : فرم گزارش بازرسی کنتور آب

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب مشهد	فروشنده : شرکت آب بان صنعتگران
محل بازرسی : شهرک صنعتی شمس آباد	کد مشتری : N050 - 312
تاریخ بازرسی : ۹۹/۰۶/۳۱ لغایت ۹۸/۰۷/۱۵	مرحله صدور گزارش : اول
شماره گزارش (Report No.) : A6025	تاریخ صدور گزارش : ۹۹/۰۷/۲۲

لیست محصولات بازرسی شده

ردیف	تعداد	شماره سریال	محصول
۱	۱۰۰۰	۱۵۰۵۶۴۰۱ الی ۱۵۰۵۷۴۰۰	کنتور آب مولتی جت نیمه خشک کلاس (R=160) سایز ۱/۲ اینچ
۱۰۰۰ دستگاه		جمع کل	

نتایج آزمونهای انتخابی (Random Test) بر اساس نمونه برداری محصول

ردیف	نتیجه		ردیف	نتیجه		آزمون / کنترل
	Rej	Acc		Rej	Acc	
۱		x	۴		x	کنترل های ابعادی و چشمی و ظاهری
۲		x	۵		x	کنترل های عملکردی در دبی های مختلف
۳		x	۶		x	کنترل شماره سریال ، بسته بندی و نوع پلمپ
		x			x	بررسی مدارک کیفی
						آنالیز بدنه کنتور

توضیحات :

- محصولات مذکور با توجه به انجام کنترلهای فوق در آزمایشگاه کارخانه در بازرسی سطح ۲ ، مورد بازرسی و پذیرش قرار گرفته اند .
- کلیه محصولات مورد بازرسی ، دارای آرم بازرسی نیروآب می باشند .
- صدور گزارش بازرسی محصول ، رافع مسئولیت های فروشنده در زمینه ی کیفیت محصول و غیره نمی باشد .

نیروآب انجمن - سعید پاشایی
مطراز
شماره ثبت ۱۳۳۴۱



دورنگار : ۰۱۳ - ۳۳۵۵۷۳۹۱

تلفن : ۰۱۳ - ۳۳۵۷۲۰۹۰ - ۴

رشت ، خیابان معلم ، ساختمان آفتاب ، واحد چهار
پست الکترونیک : NIROOABINSPECTION11@gmail.com



شرکت مهندسی و بازرسی نیروآب

(سهامی خاص)



شماره ثبت ۱۳۴۴۱

Niroy Ab Inspection & Engineering co .

شماره: ۹۹/۲۰۴۳۳/ت

تاریخ: ۹۹/۰۴/۰۲

پیوست: یک صفحه

دارای گواهینامه عضویت حقوقی جامعه ممیزی و بازرسی ایران به شماره عضویت AISI/240

دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 پروژه های بازرسی کالا و خدمات از TUV NORD

دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره پایه دو در تخصص بازرسی فنی از سازمان برنامه و بودجه کشور

کیفیت، وفای است، زینت

بسم تعالی

شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

موضوع: گزارش بازرسی کنتورهای آب تأمین شده توسط شرکت ایده گستران عرفان


مرحله صدور گزارش: اول (Report No. : A5860)

با سلام

احتراماً عطف به قرارداد بازرسی فیمابین و ابلاغیه آن شرکت محترم در خصوص بازرسی از کنتورهای آب تأمین شده توسط شرکت ایده گستران عرفان، بدینوسیله پس از انجام اقدامات لازم و کنترل‌های بعمل آمده از کنتورهای تولید شده با انجام بازرسی در محل کارخانه تولیدکننده (شهرک صنعتی شمس آباد - شرکت آب بان صنعتگران) و بررسی نتایج آزمون های انجام شده در آزمایشگاه کارخانه در تاریخ ۹۸/۰۹/۱۸، این گزارش پس از بازرسی و پذیرش محصولات فوق الذکر بشرح مشخصات مندرج در لیست پیوست (یک صفحه) جهت اقدامات مقتضی ایفاد می گردد.

توضیح: کلیه بسته های کنتور های مورد بازرسی، دارای آرم بازرسی "نیروآب" می باشند.

با تجدید احترام - سعید بداینی
مدیر فنی
روزگار



رونوشت:

- شرکت ایده گستر عرفان جهت اطلاع و اقدام لازم

رشت، خیابان معلم، ساختمان آفتاب، واحد چهار | تلفن: ۰۴ - ۰۳۳۵۷۲۰۹۰ - ۰۱۳ - ۰۳۳۵۷۳۹۱ - دورنگار: ۰۱۳ - ۰۳۳۵۷۳۹۱

پست الکترونیک: NIROOABINSPECTION11@gmail.com



شرکت مهندسی و بازرسی نیروآب

البرز (سهامی خاص)



Niroo Ab Inspection & Engineering co .

دارای رتبه بازرسی فنی
به شماره ۳۴۲۷۹۲

عنوان سند : فرم گزارش بازرسی کنتور آب	شماره سند : NAZ -F- 50-00	صفحه : یک از یک
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران	تامین کننده : شرکت ایده گستر عرفان	
محل بازرسی : شهرک صنعتی شمس آباد - شرکت آب بان صنعتگران	کد مشتری : N035 - 106	
تاریخ بازرسی : ۹۸/۰۹/۱۸	مرحله صدور گزارش : اول	
شماره گزارش (Report No.) : A5860	تاریخ صدور گزارش : ۹۹/۰۴/۰۲	

لیست محصولات بازرسی شده			
ردیف	محول	شماره سریال	تعداد
۱	کنتور آب مولتی جت خشک سایز ۱/۲ اینچ (R=160)	۱۱۴۰۵۱ الی ۱۱۴۰۹۰	۴۰
۲	کنتور آب مولتی جت خشک سایز ۳/۴ اینچ (R=160)	۹۵۳۰ الی ۹۴۹۱	۴۰
۳	کنتور آب مولتی جت خشک سایز ۱ اینچ (R=160)	۱۹۳۵ الی ۱۸۹۶	۴۰
جمع کل		۱۲۰ دستگاه	

نتایج آزمونهای انتخابی (Random Test) بر اساس نمونه برداری محصول

ردیف	آزمون / کنترل	نتیجه	ردیف	آزمون / کنترل	نتیجه	
					Rej	Acc
۱	کنترل های ابعادی	×	۵	کنترل بسته بندی و نوع پلمپ	×	
۲	تست هیدرواستاتیک تحمل فشار	×	۶	کنترل شماره سریال	×	
۳	کنترل عملکردی در دبی های مختلف	×	۷	کنترل چشمی و ظاهری	×	
۴	آنالیز بدنه کنتور	×	۸	بررسی مدارک کیفی	×	

توضیحات :

- محصولات مذکور با توجه به انجام کنترل های فوق در آزمایشگاه کارخانه ، مورد بازرسی و پذیرش قرار گرفته اند .
- صدور گزارش بازرسی محصول ، رافع مسئولیت های فروشنده در زمینه ی کیفیت محصول و غیره نمی باشد .
- کلیه بسته های کنتور های مورد بازرسی ، دارای آرم بازرسی "نیروآب" می باشند .

محمد علی - مدیرعامل
نیروآب

www.dgi-co.com

DGI
Engineering Co. شرکت فنی مهندسی
دقت گستر ایرانیان



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

شماره: ۹۹/۵۰۰/۹۵۴

پیوست: دارد

صفحه ۲ از ۲

***** سایر مشخصات فنی *****

- جنس بدنه: برنج	- دقت شماره انداز: 50 cc
- حداکثر دمای کاری: 50 °c	- قابلیت نصب قرائت از راه دور دارد
- استاندارد تست: ISO 4064	- یلمپ پلاستیکی با سیم روکش دار
- دارای شماره سریال بر روی یلمپ و درپوش برنجی	- حداکثر رقم قابل نمایش: 99999 m ³
- پوشش بدنه: رنگ ایوکسی الکترواستاتیک پودری با فام آبی	- وضعیت نصب: افقی
- طول کنتور ½ : 170 mm	-
- دارای مهره ماسوره برنجی و واشر	- حک "آبفای جنوبغربی تهران" روی بدنه

***** کنترل های به عمل آمده *****

۱- کنترل های ابعادی	۴- دبی استارت	۷- کنترل مدارک فنی	۱۰- تست عملکرد
۲- تست دقت سه نقطه	۵- کنترل یلمپ	۸- افت فشار	۱۱- کنترل نتیجه آنالیز بدنه
۳- کنترل نتیجه بهداشتی بودن کنتور	۶- کنترل پوشش	۹- کنترل حک و مارکینگ	۱۲- کنترل بسته بندی

***** ملاحظات *****

- ۱) مسئولیت و پاسخگویی مشکلات ناشی از عدم ارسال، ارسال ناقص، تأخیر در ارسال، ارسال نامنطبق با محصولات تأیید شده مندرج در این گواهی بازرسی و همچنین هرگونه ایجاد آسیب و صدمه به محصولات، در زمان بارگیری و حمل و نقل به عهده سازنده (و یا تأمین کننده) می باشد.
- ۲) مسئولیت تخلیه بار، چیدمان و انبارش صحیح، اجرا، نصب و بهره برداری اصولی از محصولات به منظور حفظ سلامت کالا و تداوم بازدهی آن، به عهده خریداران می باشد.
- ۳) شماره سریال کنتورهای " ½ از 99 UTHR 15088841 تا 99 UTHR 15090340
- ۴) این گواهی شامل مقاومت در برابر فشار حاصل از یخزدگی نمی باشد.
- ۵) به پیوست مدارک فنی ارسال می گردد.

صادق محمدی پور
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل



رونوشت به:

- ✓ شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران - معاونت محترم مهندسی و توسعه - جناب آقای مهندس خوشحال
- ✓ شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران - مدیریت محترم امور بازرگانی و قراردادها - جناب آقای مهندس ردانی
- ✓ شرکت آب بان صنعتگران - مدیریت محترم عامل

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، جنب سینما سپیده، کوی اسکو، پلاک ۱۲، واحد ۸
تلفن: ۶۶۴۰۲۸۸۵ فکس: ۶۶۴۶۶۰۵۱ کدپستی: ۱۴۱۷۸۱۳۸۸۱

www.dgi-co.com

DGI
Engineering Co. شرکت فنی مهندسی
دقت گستر ایرانیان



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

شماره: ۹۹/۵۰/۹۵۴

پیوست: دارد

صفحه ۱ از ۲

برنام ضدا

شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
معاونت محترم در آمد و امور مشترکین - جناب آقای مهندس شریفی

موضوع: گواهی بازرسی کنتورهای آب شرکت آب بان صنعتگران
مرحله: سوم (M99092403) - به اتمام رسید.

با سلام و احترام

عطف به قرارداد انجام خدمات مهندسی بازرسی فنی فیمابین به شماره ۶۸۵۰/۱۸۱۰۱ مورخ ۹۸/۱۲/۱۷ و نامه شماره ۹۵۵۷/۱۸۳۰۱ مورخ ۹۹/۰۷/۲۲ در خصوص بازرسی از کنتورهای آب شرکت آب بان صنعتگران (موضوع قرارداد شماره ۹۳۹۰/۱۸۱۰۱ مورخ ۹۹/۰۷/۱۲)، پس از انجام اقدامات لازم و کنترل های بعمل آمده، این گواهی برای یک ردیف (ردیف ۱) محصول مورد تأیید به شرح و مشخصات زیر صادر می گردد:

ردیف	محصول	DN-PN (Inch-Bar)	کل درخواست	تحویل قبلی	تحویل فعلی	باقیمانده	واحد
۱	کنتور آب مولتی جت خشک MJ-SDC- R160	1/2 - 16	۲۸۰۰	۲۳۰۰	۱۵۰۰	۰	دستگاه
۲	کنتور آب مولتی جت خشک MJ-SDC- R160	3/4 - 16	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	دستگاه
۳	کنتور آب مولتی جت خشک MJ-SDC- R160	1 - 16	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	دستگاه

DGI
Engineering Co. شرکت فنی مهندسی
دقت گستر ایرانیان

شماره: NTSA/۹۹-۵۰-۰۰۵	مهندسین مشاور نیک نامان توسعه صنعت		گواهی بازرسی
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳	نیک نامان توسعه صنعت		

موضوع: کنتور آب پیستونی خشک کلاس R200	قرارداد بازرسی: ۱۹۵/۱۰۱/۷۶۶	مرحله: اول
محل بازرسی: تهران-شهرک صنعتی شمس آباد	تولید کننده: آب بان صنعتگران	تامین کننده: آب بان صنعتگران
کارفرما: شرکت آبفای منطقه ۵ تهران	شماره قرارداد: ۹۲۹۰/۱۵۱۰۱	پروژه: ***
پیمانکار: ***	استعلام <input type="checkbox"/> پیش فاکتور <input type="checkbox"/> تولید کننده: <input type="checkbox"/>	سطح بازرسی: دو
استاندارد: ISO 4064	شماره گزارش آزمون: ***	تاریخ بازرسی: ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

در خصوص بازرسی اقلام موضوع قرارداد مذکور پس از اقدامات مقتضی، این گواهی برای اقلام درج شده در جدول ذیل صادر می گردد:

ردیف	مشخصات کالا	تعداد	واحد	مقدار کل	نتیجه بازرسی
۱	کنتور سایز ۳/۴ اینچ پیستونی خشک کلاس R160 سریال ۰۰۱-۰۱۰۰	۱۰۰	دستگاه	***	تایید نهایی
۲	-	-	-	-	-
۳	-	-	-	-	-
۴	-	-	-	-	-
۵	-	-	-	-	-
۶	-	-	-	-	-
۷	-	-	-	-	-
۸	-	-	-	-	-
۹	-	-	-	-	-
۱۰	-	-	-	-	-

- ۱- این گواهی بدون مهر و امضاء شرکت فاقد اعتبار است.
 - ۲- محصولات مورد تایید و مندرج در این گواهی، دارای شابلون بازرسی این شرکت می باشد.
 - ۳- مسئولیت مراتب ناشی از صدمات وارده در حین بارگیری و حمل محصولات تایید شده به عهده شرکت تولیدکننده می باشد.
 - ۴- مسئولیت تخلیه بار، چیدمان، انبارش صحیح، اجرا و بهره برداری اصولی از محصولات به منظور حفظ سلامت کالا و تداوم بازدهی آن به عهده کارفرما می باشد.
 - ۵- توصیه می شود در برنامه ریزی سفارشات خرید و تولید، تمهیدات لازم به گونه ای فراهم گردد که زمان انبارش کالا به حداقل ممکن رسیده و محصولات تولیدی در شرایط مناسب نگهداری شود.
- توضیحات: ندارد

مدیر بازرسی فنی - محمد خزائی

شرکت مهندسین مشاور نیکنامان توسعه صنعت آریانا



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
شماره: ۰۵۰۶۰۲/آ
پیوست: ۱۰۵ برگ

شرکت مهندسی واپایش فرآیند آدنا



(دارای گواهینامه تایید صلاحیت بازرسی فنی)

گواهی بازرسی

Inspection Certificate

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

مدیریت محترم امور بازرگانی و قراردادهای

موضوع: گواهی بازرسی فنی - مرحله اول

تولید کننده / فروشنده: شرکت آب بان صنعتگران (قرارداد شماره ۱۱۰۰۶/۲۰۲)

با سلام؛

در راستای قرارداد بازرسی فنی فی مابین به شماره ۶۰۴۴/۱۰۲۰۲ مورخ ۹۶/۱۱/۰۹ و رونوشت قرارداد خرید به شماره ۱۱۰۰۶/۲۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ در خصوص موضوع "خرید کنتورهای مولتی جت خشک"، پس از انجام فرآیند بازرسی سطح یک، بدینوسیله این

گواهی بازرسی برای سه ردیف محصولات خریداری شده و مورد تأیید به شرح زیر صادر می گردد:

ردیف	شرح کالا	سایز	دقت	فشار اسمی	سریال	تعداد (دستگاه)	دبی اسمی
۱	کنتور آب	1/2"	R160	PN16	۲۹۸۲۰ تا ۲۹۳۲۱	۵۰۰	Q3=2500 (lit/h)
	کنتور آب	3/4"	R160	PN16	۱۷۰۰ تا ۱۲۰۱	۵۰۰	Q3=4000 (lit/h)
۲	کنتور آب	1"	R160	PN16	۸۵۰ تا ۸۰۱	۵۰	Q3=6300 (lit/h)

ملاحظات:

۱- مکانیزم کنتورها از نوع مولتی جت خشک

۲- بدنه کنتور از جنس برنج با پوشش داخل و خارج رنگ اپوکسی الکترواستاتیک

۳- استاندارد مرجع تست های دقت و هیدرواستاتیک: ISO 4064

۴- به منظور ردیابی محصولات مورد تایید مذکور، بسته بندی محصولات دارای لیبل "بازرسی فنی آدنا" می باشد.

۵- پیوست این گواهی شامل: تست دقت یک به یک کنتورها

با احترام مجدد

عباس صنیعی پور - مدیر عامل



رونوشت:

- شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران؛ معاون محترم درآمد و امور مشترکین؛ جناب آقای مهندس محتسبی

- شرکت آب بان صنعتگران



۰۲۱-۲۶۳۲۶۷۵۴



www.adena-co.ir



۰۲۱-۲۶۳۲۶۸۱۲




@adenaCo



adenaco@yahoo.com

QMS^o
INTERNATIONAL

ISO
9001 2015



سازمان برنامه و بودجه پژوهشهای علمی

تهران، خیابان ساقدوش، نرسیده به میدان بنی هاشم

خیابان حافظ شرقی، پلاک ۱۳ واحد ۳